

Eichzertifikat

Zertifikat Nr. 202565-9846

Firma Zingg Industrieabfälle AG

Datum der Eichung 05.06.2025

Gültigkeit 24 Monate

Adresse St. Gallerstrasse 60
9327 Tübach

Gegenstand 1 x BUSCH
Fahrzeugwaage Bizerba-
Busch

Standort obere Halle

Hersteller Busch Werke AG - Trimmis
(CH)

Typ BIT650 IT3000

Bauartprüfzertifikat D11-09-028 M

Inventar-Nr

KBS

QS-Nr

Fabrikations-Nr. 121355

Software-Nr

Genauigkeitsklasse OIML III

Verwendungsbereich

Min: 20 kg

Max: 3000/10000 kg

Teilung / Eichwert: e = 1/5 kg

Die Waage erfüllt die Forderungen der Verordnung des EJPD über nichtselbsttätige Waagen (SR 941.213) vom 16. April 2004. Die Prüfung der Waage erfolgte im Vergleich mit 500 kg und 1000 kg Prüfgewichten des Eichlastwagens von Metrolegal S.A. in 1726 Farvagny. Die Gewichte sind an die nationalen Normale angeschlossen und damit rückführbar auf die internationale Realisierung der SI-Einheiten. Das Messmittel wurde amtlich plombiert und mit einer roten Eichmarke versehen.

Fehlergrenzen:

Wiegegeräte der OIML Klasse III 0-500 e ± 0.5 e >500-2000 e ± 1 e >2000 e ± 1.5 e

Leiter des Eichamts

Martin Keller

Ort


Berneck

Datum

11.06.2025



Der Inhalt dieses Zertifikates darf nur in vollständiger Form veröffentlicht oder weitergegeben werden.



Eichzertifikat

Zertifikat Nr. 202565-4868

Firma	Zingg Industrieabfälle AG	Datum der Eichung	05.06.2025
		Gültigkeit	24 Monate
Adresse	St. Gallerstrasse 60 9327 Tübach		
Gegenstand	1 x PFISTER Fahrzeugwaage Pfister	Standort	Gleiswaage 1
Hersteller	Pfister Waagen AG - Augsburg (D)	Typ	DWT-2/GFW-15
Bauartprüfzertifikat KBS	T11502 0122	Inventar-Nr QS-Nr	
Fabrikations-Nr.	T211000868	Software-Nr	
		Genauigkeitsklasse	OIML III

Verwendungsbereich

Min:	1000 kg
Max:	100 t
Teilung / Eichwert:	e= 50 kg

Die Waage erfüllt die Forderungen der Verordnung des EJPD über nichtselbsttätige Waagen (SR 941.213) vom 16. April 2004. Die Prüfung der Waage erfolgte im Vergleich mit 500 kg und 1000 kg Prüfgewichten des Eichlastwagens von Metrolegal S.A. in 1726 Farvagny. Die Gewichte sind an die nationalen Normale angeschlossen und damit rückführbar auf die internationale Realisierung der SI-Einheiten. Das Messmittel wurde amtlich plombiert und mit einer roten Eichmarke versehen.


Fehlergrenzen:

Wiegegeräte der OIML Klasse III 0-500 e ± 0.5 e >500-2000 e ± 1 e >2000 e ± 1.5 e

Leiter des Eichamts Martin Keller
Ort Berneck
Datum 11.06.2025



Der Inhalt dieses Zertifikates darf nur in vollständiger Form veröffentlicht oder weitergegeben werden.



Eichzertifikat

Zertifikat Nr. 202565-8361

Firma	Zingg Industrieabfälle AG	Datum der Eichung	05.06.2025
		Gültigkeit	24 Monate
Adresse	St. Gallerstrasse 60 9327 Tübach		
Gegenstand	1 x BUSCH Fahrzeugwaage Bizerba- Busch	Standort	untere Halle
Hersteller	Busch Werke AG - Trimmis (CH)	Typ	BIT650 IT3000
Bauartprüfzertifikat KBS	D08-09-022 M	Inventar-Nr QS-Nr	
Fabrikations-Nr.	112587	Software-Nr	
		Genauigkeitsklasse	OIML III

Verwendungsbereich

Min:	20 kg
Max:	3000/10000 kg
Teilung / Eichwert:	e = 1/5 kg

Die Waage erfüllt die Forderungen der Verordnung des EJPD über nichtselbsttätige Waagen (SR 941.213) vom 16. April 2004. Die Prüfung der Waage erfolgte im Vergleich mit 500 kg und 1000 kg Prüfgewichten des Eichlastwagens von Metrolegal S.A. in 1726 Farvagny. Die Gewichte sind an die nationalen Normale angeschlossen und damit rückführbar auf die internationale Realisierung der SI-Einheiten. Das Messmittel wurde amtlich plombiert und mit einer roten Eichmarke versehen.

Fehlergrenzen:
Wiegegeräte der OIML Klasse III 0-500 e ± 0.5 e >500-2000 e ± 1 e >2000 e ± 1.5 e

Leiter des Eichamts Martin Keller
Ort Berneck
Datum 11.06.2025



Der Inhalt dieses Zertifikates darf nur in vollständiger Form veröffentlicht oder weitergegeben werden.